

Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601.2

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 1002

VAL.: 2022-09

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 1002 Val: 09/2022					
Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	262	210 - 314	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	72.7	50.9 - 94.5	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	46.60	32.6 - 60.6	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 01/21