



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: LIPASE – PP

REF. 304

LOTE: 7042

DATA DE VALIDADE: 04/2019

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 75 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 08/05/2017

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade