



**CERTIFICADO DE ANÁLISES**

**PRODUTO: FOSFATASE ALCALINA - PP**

**REF. 440**

**LOTE: 7016**

**DATA DE VALIDADE: 01/2019**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

| <b>Parâmetros</b>        | <b>Faixa aceitável</b>      | <b>Resultados do lote</b> |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Absorbância do Branco    | < 1,200                     | De acordo                 |
| Aspectos físico-químicos | Dentro dos limites internos | De acordo                 |
| Linearidade              | 1500 U/L                    | De acordo                 |
| Soro Controle nível I    | Dentro dos limites internos | De acordo                 |
| Soro Controle nível II   | Dentro dos limites internos | De acordo                 |

Data: 23/01/2018

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade