



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: CK-NAC - PP

REF. 458

LOTE: 8142

DATA DE VALIDADE: 05/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,500	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 28/09/2018

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade