

Produto Producto / Product:	Amilase Direta CNP Amilasa Directa CNP/Direct Amylase CNP
Referência Referencia / Reference:	407/407M
Lote Lot:	202104
Validade Validez / Expiration date:	08/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,300	0,001
Linearidade Linealidad / Linearity:	1700 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	195 (156 - 234) U/L	163 g/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	617 (494 - 740) U/L	549 g/dL

Data Fecha / Date:	21/06/2021
------------------------------	-------------------



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control