



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: AMILASE

REF. 311

LOTE: 7007

DATA DE VALIDADE: 07/2019

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	0,260 a 0,460	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	400 U/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 09/10/2017

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade