



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: ASO LÁTEX

REF. 850

LOTE: 19006

DATA DE VALIDADE: 05/2021

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

| Parâmetros | Faixa aceitável | Resultados do lote |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| Controle Positivo | Aglutinação intensa | De acordo |
| Controle Negativo | Ausência de aglutinação | De acordo |
| Amostras positivas | Positivo | De acordo |
| Amostras negativas | Negativo | De acordo |

Data: 09/05/2019

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade