


|   |  |
|---|--|
| <b>Produto</b><br>Producto / Product:         | <b>Sangue Oculto</b><br>Sangre oculta/Fecal Occult Blood |
| <b>Referência</b><br>Referencia / Reference:  | <b>533</b>   |
| <b>Lote</b><br>Lot:                           | <b>202114</b>  |
| <b>Validade</b><br>Validez / Expiration date: | <b>07/2022</b>   |

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:                                       | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango acceptable / Acceptable range:                   | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|--|--|--|
| <b>Aspecto Placa-Teste</b><br>Aspecto de la placa de prueba/Teste Plate Appearance | <b>Íntegra e sem manchas</b><br>Intacto y sin manchas/ Intact and without stains | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Aspecto Extrator</b><br>Aspecto de adelgazamiento/Thinning Aspect:              | <b>Límpido incolor</b><br>Incoloro limpio/Colorless clean                        | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Amostras positivas</b><br>Muestras positivas/Positive samples:                  | <b>Positivo</b><br>Positivo/Positive   | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Amostras negativas</b><br>Muestras negativas/Negative samples:                  | <b>Negativo</b><br>Negativo/Negative   | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Data</b><br>Fecha / Date: | <b>23/06/2021</b> |
|------------------------------|-------------------|



**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

