



**CERTIFICADO DE ANÁLISES**

**PRODUTO: FOSFATASE ALCALINA**

**REF. 440**

**LOTE: 1901**

**DATA DE VALIDADE: 04/2020**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	< 1,200	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	1500 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 07/02/2019

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade