



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: FOSFATASE ALCALINA

REF. 440

LOTE: 202001

DATA DE VALIDADE: 04/2021

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	< 1,200	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	1500 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 07/04/2020

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade