



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: SANGUE OCULTO – EIC

REF. 533

LOTE: 16G066

DATA DE VALIDADE: 07/2018

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Aspecto Placa-Teste	Íntegra e sem manchas	De acordo
Aspecto Extrator	Límpido incolor	De acordo
Amostras positivas	Positivo	De acordo
Amostras negativas	Negativo	De acordo

Data: 28/11/2016

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade