



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: AMILASE DIRETA CNP

REF. 407

LOTE: 1807

DATA DE VALIDADE: 01/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	$\leq 0,300$	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 1700 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 16/11/2018

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade