



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: CK-NAC - PP

REF. 458

LOTE: 8109

DATA DE VALIDADE: 11/2019

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,500	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 08/08/2018

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade