



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: COLESTEROL**

**REF. 460**

**LOTE: 1808A**

**DATA DE VALIDADE: 02/2020**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	<0,300	De acordo
Fator de Calibração	540 a 660	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	500 mg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 04/04/2019

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade