



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: GAMA GT

REF. 461

LOTE: 1903

DATA DE VALIDADE: 08/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	< 1,500	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	700 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 04/06/2019

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade