

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>CK NAC</b> CK NAC / CK NAC
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>458</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>1041</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>06/2022</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>≤0,500</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>2000 U/L</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum level I:	<b>86 (68 - 104) U/L</b>	<b>82,30 U/L</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum level II:	<b>210 (168-252) U/L</b>	<b>203,40 U/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>09/03/2021</b>
------------------------------	-------------------



**José Gilmar Pereira Berto**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)  
[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)