



**CERTIFICADO DE ANÁLISES**

**PRODUTO: GAMA GT**

**REF. 461**

**LOTE: 202004**

**DATA DE VALIDADE: 12/2021**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

<b>Parâmetros</b>	<b>Especificações</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	< 1,500	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	700 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 13/11/2020

Isabela Fernandes Alves dos Santos - CRFMG 16773  
Laboratório de Controle de Qualidade