



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: LIPASE – PP

REF. 304

LOTE: 8122

DATA DE VALIDADE: 06/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 75 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 21/08/2018

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade