

| | |
|---|------------------------------|
| Produto Producto / Product: | CK-MB CK-MB/ CK-MB |
| Referência Referencia / Reference: | 117 |
| Lote Lot: | 202103 |
| Validade Validez / Expiration date: | 02/2022 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|---|--|--|
| Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects: | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Linearidade Linealidad/Linearity: | 600 U/L | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I: | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II: | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 16/03/2021 |
|------------------------------|-------------------|



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

