

# Controle de HbA1C

Tabela com valores controle para HbA1C.

REF. 603.1

MS 80022230191



# Analisa

**LOTE: 8163**

**VAL.: 2020-07**

**Notas**

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

**Lote: 8163 Val: 07/20**

Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
HbA1C	Turbidimetria	Normal (N1)	5.0	4.0 - 6.0	%

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 01/18