

Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601.1

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 8164

VAL.: 2020-04

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 8164 Val: 04/20					
Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	186	149 - 223	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	55.7	39.0 - 72.4	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	27.0	18.9 - 35.1	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 01/18