

Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 9005

VAL.: 2020-03

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.

- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 9005 Val: 03/20					
Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	186	149 - 223	UI/mL
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	263	210 - 316	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	55.7	39.0 - 72.4	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	97.3	68.1 - 126.5	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	27.0	18.9 - 35.1	mg/L
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	53.4	37.4 - 69.4	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 02/18