




CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto	Sífilis VDRL
Referência	129
Lote	3170
Fabricação	04/07/2023
Validade	25/05/2024

Quesitos	Critérios	Resultados
Aparência	Suspensão esbranquiçada	De acordo

Observadas lâminas coradas em microscópio (objetiva de 1000x) verificando a transparência do óleo:



VDRL NEGATIVO

VDRL POSITIVO

Registro da determinação para testes qualitativos:

Amostra	1º leitura	2º leitura	3º leitura
Amostra Reagente Lote: VDRL 00212022 Val: 01/2027	Positivo	Positivo	Positivo
Amostra Não-Reagente Lote: VDRL 00472022 Val: 02/2027	Negativo	Negativo	Negativo

Data **05/07/2023**

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br / www.goldanalisa.com.br

