



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

Microalbuminúria

Microalbuminuria/Microalbuminuria

Referência

Referencia / Reference:

470

Lote

Lot:

3043

Validade

Validez / Expiration date:

07/2024

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<1,200	0,4704
Linearidade Linealidad / Linearity:	130 mg/L	De Acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	30,3 (24,2-36,4) mg/L	27,4 mg/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	60,5 (48,4-72,6) mg/L	60,4 mg/L

Data

Fecha / Date:

07/03/2023

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br

