

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Soro Anti-Humano (Coombs)</b> Suero Antihumano/Anti-Human Serum
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>176</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>011</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>08/2027</b>


**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

**Aspecto visual e Propriedades Organolépticas**

Reagente	Referência	Resultado
Soro Anti-Humano (Coombs) Globulina poliespecífica humana (1 x 10 mL)	Líquido límpido, verde intenso, inodoro, sem partículas ou precipitados.	<b>Aprovado</b>

**Pesquisa de Antiglobulina Indireta (Coombs Indireto)**

AMOSTRA	SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS 5% [B+]		INTERPRETAÇÃO	RESULTADO
	SORO ANTI-HUMANO ALBUMINA BOVINA			
SORO	A	4+	Positivo	Aprovado
	O	-	Negativo	
	AB	4+	Positivo	



Gradação	Descrição
4+	Botão sólido com pequenos grumos e fundo claro
3+	Grumos grandes e numerosos com fundo claro
2+	Grumos pequenos e numerosos com fundo róseo
1+	Grumos pequenos e fundo bastante róseo
(+) - Fraco	Presença de minúsculas aglutinações em fundo bastante róseo
0 - Negativo	Ausência de aglutinação, fundo bastante róseo com hemácias em suspensão
CM (Campo Misto)	Presença de aglutinações e de hemácias em suspensão, com fundo róseo
He	Hemólise total ou parcial das hemácias. É indicador de positividade

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>19/06/2026</b>
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)

[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)