Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Colinesterase** **Colinesterasa/Cholinesterase**
Referência Referencia / Reference:	**415**
Lote Lot:	**202401 CM02**
Validade Validez / Expiration date:	**05/2025**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	**>1,700**	**1,723**
Linearidade Linealidad / Linearity:	**20.000 U/L**	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	**4416,3 (3312 - 5520) U/L**	**4459,33 U/L**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	**4137,5 (3103 - 5172) U/L**	**4144,67 U/L**

Data Fecha / Date:	**13/06/2024**

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br