Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Magnésio Mono** Magnesio/ Magnesium
Referência Referencia / Reference:	**115**
Lote Lot:	**22003**
Validade Validez / Expiration date:	**02/2023**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	**<1,000**	**0,966**
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Fator de Calibração (670 nm) Factor Calibración (670 nm)/ Calibration Factor (670 nm):	**8,1 a 12,3**	**10,09**
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	**2,03 (1.73 - 2.33)mg/dL**	**2,06 mg/dL**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	**2,80 (2.25 - 3.08)mg/dL**	**2,86 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**04/08/2022**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br