


Produto Producto / Product:	FIA Microalbuminúria FIA Microalbuminuria/FIA Microalbuminuria
Referência Referencia / Reference:	187
Lote Lot:	Y2302017
Validade Validez / Expiration date:	12/02/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Placa-Teste Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects	Íntegra e sem manchas Se integra y sin manchas/Integrates and without stains	De acordo De acuerdo/Accordingly
Aspecto Diluente Aspectos diluyente/ Thinner Aspects	Límpido incolor Claro incolor/ Clear colorless	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	1,66 (1,39 - 1,93) UI/mL	1,68 UI/mL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	1,92 (1,61 - 2,23) UI/mL	1,92 UI/mL

Data Fecha / Date:	02/10/2023
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br