

Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601.1

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 2012

VAL.: 2023-04

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 2012 Val: 04/2023

| Analito | Método | Nível | Valor | Intervalo | Unidades |
|---------|---------------|-------------|-------|-------------|----------|
| AEO | Turbidimetria | Normal (N1) | 170 | 136 - 204 | UI/mL |
| FR | Turbidimetria | Normal (N1) | 41.7 | 29.2 - 54.2 | UI/mL |
| PCR | Turbidimetria | Normal (N1) | 25.5 | 17.9 - 33.2 | mg/L |

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 01/22