Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**HCV** HCV
Referência Referencia / Reference:	**143E**
Lote Lot:	**2312326A**
Validade Validez / Expiration date:	**21/08/2025**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspecto Placa-Teste Aspecto de la placa de prueba/Teste Plate Appearance	**Íntegra e sem manchas** Intacto y sin manchas/ Intact and without stains	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Aspecto Diluente Aspectos diluyente/ Thinner Aspects	**Límpido incolor** Claro incoloro/ Clear colorless	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Amostras positivas Muestras positivas/Positive samples:	**Positivo** Positivo/Positive	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Amostras negativas Muestras negativas/Negative samples:	**Negativo** Negativo/Negative	**De acordo** De acuerdo/Accordingly

Data Fecha / Date:	**19/12/2023**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br