

Produto Producto / Product:	Fosfatase Alcalina Fosfatasa alcalina/Alkaline phosphatase
Referência Referencia / Reference:	440E
Lote Lot:	0001A (CM01)
Validade Validez / Expiration date:	04/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	<1,200	0,1325
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	1500 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	123 (98 - 148) U/L	112 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	527 (422 - 632) U/L	480 U/L

Data Fecha / Date:	20/02/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br