


Produto
Producto / Product: **Frutosamina**
Frutosamina/Frutosamine**Referência**
Referencia / Reference: **462****Lote**
Lot: **3194****Validade**
Validez / Expiration date: **02/2025****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,065	0,007
Linearidade Linealidad / Linearity:	7,0 mmol/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	3,6 (2,88 - 4,32) mmol/L	2,75 mmol/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	1,8 (1,44 - 2,16) mmol/L	1,94 mmol/L

Data
Fecha / Date: **28/07/2023****Isabela Fernandes Alves dos Santos**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br