Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Fósforo UV** Fósforo UV/UV Phosphorus
Referência Referencia / Reference:	**412**
Lote Lot:	**202304 CM02**
Validade Validez / Expiration date:	**02/2025**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	**<0,900**	**0,665**
Fator de Calibração Factor Calibración)/ Calibration Factor :	**17,4 a 26,0**	**19,60**
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	**Até 20 mg/dL** Hasta 20 mg/dL/ Until 20 mg/dL	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	**4.75 (4.28 - 5.23) mg/dL**	**4,63 mg/dL**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	**8.19 (7.37 - 9.01) mg/dL**	**8,2 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**11/10/2023**

Isabela F. da Silva

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br