Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Cálcio** **Calcio/Calcium**
Referência Referencia / Reference:	**448M/448**
Lote Lot:	**202404 CM01**
Validade Validez / Expiration date:	**12/2025**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	**<0,750**	**0,405**
Fator de Calibração Factor de calibracion/Calibration Factor	**7,7 a 11,7**	**10,5**
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Linearidade Linealidad / Linearity:	**Até 16 mg/dL** hasta 16 mg/dL/Until 16 mg/dL	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	**9,27 (8,34 - 10,2) mg/dL**	**9,30 mg/dL**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	**12,1 (10,9 - 13,3) mg/dL**	**12,23 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**01/11/2024**

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br