



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Triglicérides Triglicéridos/Triglycerides
Referência Referencia / Reference:	459
Lote Lot:	24005 CM02
Validade Validez / Expiration date:	08/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,300	0,277
Fator de Calibração (670 nm) Factor Calibración (670 nm)/ Calibration Factor (670 nm):	619 - 929	718
Soro Controle nível I Control de suero nível I/Control Serum level I:	135 (115 – 155) mg/dL	136 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nível II/Control Serum level II:	199 (169 - 229) mg/dL	196 mg/dL

Data Fecha / Date:	25/04/2024
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br