| Analisa | **CERTIFICADO DE ANÁLISE**<br>CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produto**<br>Producto / Product: | **Fósforo UV**<br>Fósforo UV/UV Phosphorus |
| **Referência**<br>Referencia / Reference: | **412** |
| **Lote**<br>Lot: | **202402 CM01** |
| **Validade**<br>Validez / Expiration date: | **07/2025** |

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| **Parâmetros**<br>Parametros / Parameter: | **Faixa aceitável**<br>Rango aceptable / Acceptable range: | **Resultados do lote**<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|---|---|---|
| **Absorbância do Branco**<br>Absorbancia Blanca/ White Absorbance | **<0,900** | **0,595** |
| **Fator de Calibração**<br>Factor Calibración)/ Calibration Factor : | **17,4 a 26,0** | **19,16** |
| **Aspectos físico-químicos**<br>Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects: | **Dentro dos limites internos**<br>Dentro de límites internos/Within internal limits | **De acordo**<br>De acuerdo/Accordingly |
| **Linearidade**<br>Linealidad/Linearity: | **Até 20 mg/dL**<br>Hasta 20 mg/dL/ Until 20 mg/dL | **De acordo**<br>De acuerdo/Accordingly |
| **Soro Controle nível I**<br>Control de suero nivel I/Control Serum level I: | **4,05 (3,55 - 4,55) mg/dL** | **3,90 mg/dL** |
| **Soro Controle nível II**<br>Control de suero nivel II/Control Serum level II: | **7,17 (5,79 - 8,55) mg/dL** | **7,17 mg/dL** |

| | |
|---|---|
| **Data**<br>Fecha / Date: | **03/07/2024** |

Isabela F. da Silva

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**
**Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br**
**www.goldanalisa.com.br**