



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	TP Líquida TP neto/ Net TP
Referência Referencia / Reference:	555 E
Lote Lot:	6069
Validade Validez / Expiration date:	02/06/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Plasma Controle nível I Nível de controle de plasma I/Plasma Control Level I:	13.5 (10 - 17) segundos	16,5 segundos
Plasma Controle nível II Nível de controle de plasma I/Plasma Control Level II:	32 (23 - 41) segundos	31,20 segundos
Valor do ISI Valor ISI/ISI value:	1,00 a 1,10	1,04

Data Fecha / Date:	25/05/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

