



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Soro Anti-D (Monoclonal IgM IgG) Suero Anti-D (IgM Monoclonal IgG)/Anti-D serum (Monoclonal IgM IgG)
Referência Referencia / Reference:	174
Lote Lot:	022
Validade Validez / Expiration date:	10/2026

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL


Aspecto visual e Propriedades Organolépticas

Reagente	Referência	Resultado
Soro Anti-D Reagente para detecção do antígeno anti-D de uso paralelo ao controle Rh (1 x 10 mL)	Líquido límpido, levemente amarelado, inodoro, sem partículas ou precipitados.	Aprovado


Registro de determinação para teste de Expressão do Antígeno - D (Fator Rh)

PROVA DIRETA

AMOSTRA		CONTROLE RH	SORO ANTI-D	INTERPRETAÇÃO	RESULTADO
SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%) DA01 CA04 VAL: 05/2025	Classificação ABO: DA01 (Rh -)	(-)	(-)	Fator Rh -	Aprovado
	Classificação ABO: CA04 (Rh +)	(+)	(+)	Fator Rh +	



Amostra (+): CA04



Amostra (-): DA01

Hemácia CA04	Hemácia DA01
RH +	RH -
Pesquisa D-Fraco: N/A	Pesquisa D-Fraco: Negativo

Data

Fecha / Date:

25/05/2026

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br