



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

Controle N1 Reumático

Control reumático/Rheumatic control

Referência

Referencia / Reference:

601.1

Lote

Lot:

6104

Validade

Validez / Expiration date:

12/12/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Exatidão Precisión/ Accuracy	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data

Fecha / Date:

17/07/2026

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br



Controle Reumático | Control Reumático

Tabela de Valores do soro controle para reumatologia/Tabla de Valores del suero de control para reumatología

Ref: 601.2
MS 80022230191

LOTE: 4188
VAL.: 03/2026

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 4188 Val: 03/2026					
Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	282	226 - 338	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	80	56 - 104	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	56,1	39,3 - 72,9	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 06/24