


Produto
Producto / Product: **Ácido Úrico**
Ácido úrico / Uric acid:**Referência**
Referencia / Reference: **451****Lote**
Lot: **4221****Validade**
Validez / Expiration date: **04/2026****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,300	0,076
Fator de Calibração Factor de calibracion/Calibration Factor	25,9 a 35,1	30,6
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	Até 25 mg/dL hasta 25mg/dL/Until 25mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	4.34 (3.7 - 4.9) mg/dL	4,20 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	6.13 (5.21 - 7.05) mg/dL	6,40 mg/dL

Data
Fecha / Date: **26/07/2024**

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br