| Analisa | **CERTIFICADO DE ANÁLISE**<br>CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produto**<br>Producto / Product: | **Cálcio**<br>**Calcio/Calcium** |
| **Referência**<br>Referencia / Reference: | **448M** |
| **Lote**<br>Lot: | **202403A CM01** |
| **Validade**<br>Validez / Expiration date: | **12/2025** |

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| **Parâmetros**<br>Parametros / Parameter: | **Faixa aceitável**<br>Rango aceptable / Acceptable range: | **Resultados do lote**<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|---|---|---|
| **Absorbância do Branco**<br>Absorbancia del blanco/ Blank absorbance: | **<0,750** | **0,2483** |
| **Fator de Calibração**<br>Factor de calibracion/Calibration Factor | **7,7 a 11,7** | **10,5** |
| **Aspectos físico-químicos**<br>Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects | **Dentro dos limites internos**<br>Dentro de límites internos/Within internal limits | **De acordo**<br>**De acuerdo/Accordingly** |
| **Linearidade**<br>Linealidad / Linearity: | **Até 16 mg/dL**<br>hasta 16 mg/dL/Until 16 mg/dL | **De acordo**<br>**De acuerdo/Accordingly** |
| **Soro Controle nível I**<br>Control de suero nivel I/Control Serum Level I: | **9,27 (8,34 - 10,2) mg/dL** | **9,05 mg/dL** |
| **Soro Controle nível II**<br>Control de suero nivel II/Control Serum Level II: | **12,1 (10,9 - 13,3) mg/dL** | **12,30 mg/dL** |

| | |
|---|---|
| **Data**<br>Fecha / Date: | **01/11/2024** |

Tatiane Trindade

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**
Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**
**Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br**
**www.goldanalisa.com.br**