



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	COLESTEROL HDL Colesterol HDL/HDL Cholesterol
Referência Referência / Reference:	413
Lote Lot:	0002 (CM01)
Validade Validez / Expiration date:	06/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parâmetros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos Limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity	150 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I	46 (30 - 63,2) mg/dL	36,6 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II	89,2 (38,7 - 130,7) mg/dL	60,0 mg/dL

Data Fecha / Date:	01/06/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br