



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Ácido Úrico Acido Urico/Uric acid
Referência Referencia / Reference:	451
Lote Lot:	2054
Validade Validez / Expiration date:	06/2024

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,300	0,061
Linearidade Linealidad / Linearity:	25 mg/dL	De Acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	3,65 (3,10 - 4,19) mg/dL	3,33 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	5,89 (5,00 - 6,77) mg/dL	5,42 mg/dL

Data Fecha / Date:	08/04/2022
------------------------------	-------------------

Isabela F. A. Santos

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br