

Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 1102

VAL.: 2023-03

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.

- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 1102 Val: 03/2023					
Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	170	136 - 204	UI/mL
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	242	194 - 290	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	41.7	29.2 - 54.2	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	76.3	53.4 - 99.2	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	25.5	17.9 - 33.2	mg/L
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	62.1	43.5 - 80.7	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 04/21