Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Magnésio** Magnesio/ Magnesium
Referência Referencia / Reference:	**450M**
Lote Lot:	**202201**
Validade Validez / Expiration date:	**08/2023**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	**<0,900**	**0,708**
Fator de Calibração Factor de calibracion/Calibration Factor	**8,1 - 12,3**	**9,1**
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	**Até 4,5 mg/dL** hasta 4,5 mg/dL/Until 4.5 mg/dL	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	**1,96 (1,76 - 2,16) mg/dL**	**2,04 mg/dL**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	**3,50 (3,15 - 3,85) mg/dL**	**3,25 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**13/04/2022**

Isabela F. A. Sa C

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br