

Produto Producto / Product:	FIA Microalbuminúria FIA Microalbuminuria/FIA Microalbuminuria
Referência Referencia / Reference:	187
Lote Lot:	Y2602111
Validade Validez / Expiration date:	11/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Placa-Teste Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects	Íntegra e sem manchas Se integra y sin manchas/Integrates and without stains	De acordo De acuerdo/Accordingly
Aspecto Diluente Aspectos diluyente/ Thinner Aspects	Límpido incolor Claro incolor/ Clear colorless	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	4,46 (3,56 - 5,35) mg/L	4,59 mg/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	66,9 (53,52 - 80,28) mg/L	77,48 mg/L

Data Fecha / Date:	05/06/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade G Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br