



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	FIA Dímero D FIA Dímero D/FIA D Dimer
Referência Referencia / Reference:	160
Lote Lot:	Y2601172D
Validade Validez / Expiration date:	13/01/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Placa-Teste Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects	Íntegra e sem manchas Se integra y sin manchas/Integrates and without stains	De acordo De acuerdo/Accordingly
Aspecto Diluente Aspectos diluyente/ Thinner Aspects	Límpido incolor Claro incolor/ Clear colorless	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	1,02 (0,80 - 1,24) mg/L	0,90 mg/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	6,45 (4,75 - 8,15) mg/L	6,32 mg/L

Data Fecha / Date:	15/04/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade G Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br