

Produto

Producto / Product:

AST**Referência**

Referencia / Reference:

421E**Lote**

Lot:

202301 CM01**Validade**

Validez / Expiration date:


01/2025**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	> 1,000	1,614
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	400 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	47 (38-56) U/L	48 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	122 (98-146) U/L	129 U/L

Data

Fecha / Date:

17/03/2023**Isabela Fernandes Alves dos Santos**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br