



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|---|--|
| Produto Producto / Product: | Lipase Direta Lipasa directa/Direct Lipase |
| Referência Referencia / Reference: | 409 |
| Lote Lot: | 0064 (CM01) |
| Validade Validez / Expiration date: | 31/12/2026 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|---|---|--|
| Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Linearidade Linealidad / Linearity: | Até 300 U/L Hasta 300 U/L/ Until 300 U/L | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Absorbância do Branco Absorbancia blanca/ White Absorbance | ≤0,300 | 0,088 |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I: | 44 (35 - 53) U/L | 42,6 U/L |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II: | 146 (117 - 175) U/L | 163,0 U/L |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 16/06/2026 |
|------------------------------|-------------------|

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br