Analisa

CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Soro Anti-AB** Suero anti-AB/Anti-AB serum
Referência Referencia / Reference:	**172.AB**
Lote Lot:	**3108**
Validade Validez / Expiration date:	**03/2025**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Aspecto visual e Propriedades Organolépticas

Reagente	Referência	Resultado
Soro Anti-AB Reagente de Agrupamento Sanguíneo Monoclonal (ABO) **(1 x 10 mL)**	Líquido límpido, levemente amarelado, inodoro, sem partículas ou precipitados.	**Aprovado**

Registro de determinação para teste de Tipagem Sanguínea - ABO

PROVA DIRETA (GLOBULAR)

AMOSTRA		SORO ANTI-AB	INTERPRETAÇÃO	RESULTADO
SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%)	A	4+	A	Aprovado
	B	4+	B	
	AB	4+	AB	
	O	-	O	

Graduação	Descrição
4 +	Botão sólido com pequenos grumos e fundo claro
3 +	Grumos grandes e numerosos com fundo claro
2 +	Grumos pequenos e numerosos com fundo róseo
1 +	Grumos pequenos e fundo bastante róseo
(+) - Fraco	Presença de minúsculas aglutinações em fundo bastante róseo
0 - Negativo	Ausência de aglutinação, fundo bastante róseo com hemácias em suspensão
CM (Campo Misto)	Presença de aglutinações e de hemácias em suspensão, com fundo róseo
He	Hemólise total ou parcial das hemácias. É indicador de positividade

Data Fecha / Date:	**03/05/2023**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br